

## SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

DATA, 01.03.2016

Prot. n. **11723**

**SITO INTERNET**

[WWW.AULSSLEGNAGO.IT](http://WWW.AULSSLEGNAGO.IT)

**A tutte le ditte interessate**

### AVVISO

**INDAGINE DI MERCATO, ai sensi del Regolamento per gli approvvigionamento di beni e servizi in economia ed art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per:**

- **NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER BIOPSIA VUOTO ASSISTITA DELLA MAMMELLA:**  
metodica diagnostica che consenta di effettuare prelievi bioptici stereotassici su tessuto mammario sotto guida mammografica, ecografica e risonanza magnetica;  
Tale metodica risulta indispensabile nel caso di lesioni visibili con la sola mammografia (microcalcificazioni e/o lesioni "non mass"), è una procedura rapida (circa 30 minuti a paziente), indolore e sicura; risulta assai meno disagiata per la paziente rispetto al prelievo chirurgico bioptico, nonché più economica dello stesso.

Le caratteristiche richieste per la suddetta metodica diagnostica sono le seguenti:

**Sistema automatico di campionamento:** tale caratteristica consente di scegliere il numero di campioni all'avvio della procedura, con un software dedicato che gestisce sia la rotazione che il campionamento. L'apparecchiatura dopo essere stata preimpostata deve essere in grado di eseguire i prelievi nei diversi quadranti senza la necessità dell'intervento manuale da parte dell'operatore.

**Posizionamento meccanico o manuale:** l'ago deve essere posizionato meccanicamente o manualmente sulla lesione, mediante una slitta dotata di sicura per evitare errori nella modalità di posizionamento;

**Punta tagliente:** la punta deve consentire un accesso facile e preciso anche nelle mammelle più dense.

**Sistema aperto/chiuso:** deve essere possibile eseguire sia il prelievo sequenziale dei campioni, sia la possibilità di collezionare i medesimi e prelevarli da una apposita vaschetta di raccolta a fine procedura.

**Sistema di illuminazione:** deve disporre di luci posizionate sul driver che consentano all'operatore un ottimale controllo visivo della procedura anche nelle condizioni di scarsa visibilità, come nel caso dell'ecografia e risonanza magnetica.

**Ampia gamma di aghi:** il sistema deve essere dotato di almeno 3 misure di aghi disponibili. In particolare aghi anche di grandi dimensioni (ad esempio 7 Gauge) che permettono un campionamento di grandi dimensioni e la possibilità, su alcuni tipi di lesioni, di rimuoverle completamente"

**Tale sistema dovrà essere compatibile con le modalità di imaging (stereotassi, ecografia e risonanza magnetica).**

- **Acquisto di KIT MONOUSO con una previsione di 50 procedure annue**

Con il presente avviso si intende effettuare un sondaggio di mercato al fine di conoscere se vi sono altri operatori economici, fornitori dei prodotti in oggetto, che presentino le medesime caratteristiche tecniche o caratteristiche equivalenti purché ugualmente idonee allo scopo ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006, a quelle descritte nel presente avviso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa U.L.S.S., **previa iscrizione, se non già iscritti, all'elenco dei fornitori aziendali** [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ulsslegnago](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago) l'interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti in parola, dichiarando la possibilità di fornire gli stessi con le medesime caratteristiche tecniche o caratteristiche equivalenti purché ugualmente idonee allo scopo ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006, a quelle descritte nel presente avviso.

Tale dichiarazione deve pervenire all'U.L.S.S. 21 di Legnago – Via C. Gianella nr. 1 – **a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata** protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it. con riferimento al presente avviso, entro il 11.03.2016.

**Nell'ipotesi non pervenga alcuna dichiarazione, questa U.L.S.S. procederà alla negoziazione delle condizioni contrattuali con l'impresa che allo stato attuale risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.**

L'affidamento è comunque subordinato al relativo provvedimento amministrativo.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'AULSS 21.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E  
DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO  
F.TO Dott. Marco Molinari**