

SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

DATA 26 Luglio 2016

Prot. n. 41108

SITO INTERNET

WWW.AULSSLEGNAGO.IT

A tutte le ditte interessate

AVVISO

INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell' art. 36 – comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016:

FORNITURA DI ELETTROCATETERI ED AGHI PER L'ATTIVITA' DI TERAPIA ANTALGICA, AVENTE LE CARATTERISTICHE INDICATE IN ALLEGATO.

Con il presente avviso si intende effettuare un'indagine di mercato al fine di conoscere se vi sono operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse facendo pervenire **unicamente** la richiesta, indirizzata all'U.L.S.S. 21 di Legnago – Sezione gare e contratti - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it con riferimento al presente avviso entro **il 26 AGOSTO 2016**.

Nell'invito a presentare offerta verrà successivamente richiesto che gli operatori economici non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che siano in possesso del requisito professionale (iscrizione C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della procedura) ai sensi del comma 1 lettera a) e comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Si prega di indicare nella richiesta se la ditta è presente eventualmente nel M.E.P.A. per la fornitura oggetto dell'avviso, sempre che la relativa categoria/metaprodotto sia presente nel relativo bando M.E.P.A..

E' richiesta anche l'iscrizione all'Elenco Fornitori aziendali accedendo al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'AULSS 21 che si riserva di invitare alla procedura anche altre ditte conosciute sul mercato.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E
LOGISTICA**

F.to Dott. Marco Molinari

ALLEGATO

LOTTO N. 1

ELETTROCATETERE MULTIFUNZIONE FLESSIBILE PER RADIOFREQUENZA PULSATA (Pacemakers compatibile) – q.tà annuale n. 15

Caratteristiche essenziali

Sistema per la stimolazione peridurale della radici nervose mediante radiofrequenza pulsata.

- a) Cateteri con due elettrodi in punta con la possibilità di avere modalità mono e bipolare per la stimolazione a RadioFrequenzaPulsata (RFP) e con termosensore. Deve possedere un mandrino interno per poterlo guidare nel posizionamento ed una via infusiva per infusioni di soluzioni di lavaggio e/o medicinali per la disostruzione del canale epidurale con diametro esterno 4 F lunghezza compresa tra 40cm e 60 cm. Punta attiva in maglia di acciaio per la stimolazione e un migliore irraggiamento della RFP.
- b) Possibilità di un sistema di introduzione consistente in: un ago cannula BRAIDED con mandrino in metallo tagliente e un mandrino in Pebax radiopaco a punta smussa rivestito in tungsteno con possibilità di introduzione mediante ago di Thuoy da 14 G.
- c) Possibilità di eseguire test per S.C.S. con mandrino inserito e possibilità di eseguire test farmacologico pre-impianto infusore con mandrino inserito.
- d) Possibilità di eseguire test farmacologico pre-impianto infusore con mandrino inserito
- e) Il catetere per RFP deve avere la destinazione d'uso con relativa certificazione sia per peridurolisi farmacologica che per neuromodulazione a RFP.
- f) Termocoppia/Probe affogato nella parete esterna del catetere per il controllo della temperatura in punta.
- g) Possibilità di iniettare senza dover disarmare il catetere del mandrino dritto di default.
- h) Cavo di connessione tra il catetere RFP ed il generatore in unica fusione per maggiore precisione nell'erogazione di terapia e lettura temperatura nello spazio peridurale. Adattatore per il suddetto elettrocatetere multifunzionale con generatore di RFP.
- i) Mandrino pre-curvato in Nitinol, con memoria di curva per il posizionamento dell'elettrodo sulla radice.

Disponibilità di supporto tecnico per tutte le procedure anche in situazioni d'urgenza.

Il generatore DEVE essere fornito in comodato d'uso gratuito per l'intera durata del contratto (eventualmente rimanere presso la Struttura Operativa).

LOTTO N. 2 – AGHI PER LA RADIOFREQUENZA PULSATA O CONTINU (aGHI SINGOLI PER RADIOFREQUENZA PULSATA E/O CONTINUA) - q.tà annuale n. 50

Set monouso di cannule per RadioFrequenza Pulsata o Continua di lunghezza variabile 5 - 10 - 15 - 20 cm, rivestite in materiale isolante e biocompatibile.

Introduttore monouso con punta attiva di 5 - 10 mm, termocoppia per procedure a RadioFrequenza, lesiva e pulsata per la distruzione o rimodulazione di nervi periferici e per termorizotomia della nevralgia trigeminale dotato di ago introduttore ed elettrodo a punta curva e punta dritta. Studiati da collegare ad un generatore di impulsi a R.F. multiprogrammabile per la stimolazione, Rimodulazione, Ablazione di nervi periferici.

In merito alle caratteristiche tecniche sopra descritte è da intendersi esplicita la clausola "o equivalenti purché ugualmente idonee allo scopo" ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 50/2016.