



**AZIENDA U.L.S.S. N. 21** - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)  
C.F. 02574230237 - [www.aulsslegnago.it](http://www.aulsslegnago.it) - tel. 0442 622111  
PEC: [protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it)

## **SERVIZIO TECNICO**

Data: 22/11/2016

Prot. n. 62440

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n. 1 Tomografo SPECT-CT per il Servizio di Medicina Nucleare di Legnago (VR).  
CUP G16G16000190009 CIG 6814439CF2 GARA N. 6525536

Alle Ditte interessate  
SITO INTERNET  
[www.aulsslegnago.it](http://www.aulsslegnago.it)  
Sezione Amministrazione  
Trasparente  
Bandi di gara e contratti

Con la presente si risponde ai chiarimenti richiesti entro il termine previsto, come segue:

### **CHIARIMENTI N. 1**

Quesito n. 1 – Constatato che nel Disciplinare di Gara all'art. 15 è specificato che eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Stazione Appaltante entro e non oltre 12 giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ovvero entro e non oltre il 27/11/2016, ma che d'altra parte, come riportato al precedente art. 6, per effettuare il sopralluogo sono disponibili solo i giorni dal 28/11/2016 al 30/11/2016, quindi successivi alla data ultima per la richiesta di chiarimenti, si chiede di poter eseguire il sopralluogo in una data precedente di almeno 5 giorni dalla scadenza fissata per la richiesta di chiarimenti ovvero a partire dal 22/11/2016. La richiesta si rende necessaria al fine di raccogliere tutte le informazioni indispensabili a predisporre un progetto di adeguamento dei locali di installazione dell'apparecchiatura oggetto della fornitura idoneo.

Risposta n. 1 – Con comunicazione pubblicata sul sito alla Sezione Bandi di Gara e Contratti si è provveduto a rettificare il Disciplinare di Gara all'art. 6 – Modalità di partecipazione come segue:

“Per effettuare il sopralluogo sono disponibili i giorni feriali fino alla data del **25/11/2016** previo appuntamento telefonico...”.

Quesito n. 2 – Relativamente a quanto specificato nel Capitolato Tecnico a pag. 5 nella Sezione “TC - Sistema scansione – acquisizione” ove si richiede che il tempo minimo di scansione su angolo di 360° non sia superiore a 0,6 sec, si chiede di confermare che trattasi di refuso e che il requisito possa essere sostituito con “non superiore a 0,8 sec”. Il mercato dei sistemi SPECT/CT non propone infatti alcuna soluzione con sistema TAC integrato a 2 strati che abbia un tempo di rotazione così contenuto tipico invece di apparecchiature con un numero di strati maggiore clinicamente non richiesti.

Risposta n. 2 –

Preme evidenziare come le caratteristiche di cui ai punti

- B 13 , B 15

come anche TUTTE le caratteristiche elencate nel Capitolato Tecnico (Allegato 4) siano unitamente alle soglie indicate , di RIFERIMENTO : il loro rispetto è quindi NON OBBLIGATORIO al fine di ottemperare alle specifiche indicate nel bando e quindi accedere alla successiva valutazione tecnica di quanto offerto.

Altresì, la corretta e puntuale compilazione del Questionario Tecnico (Allegato 8) in forma ESAUSTIVA e COMPLETA di tutti i riferimenti tecnici richiesti consentirà alla COMMISSIONE TECNICA VALUTATRICE (Aziendale) di poter assegnare ,a proprio giudizio, il MIGLIOR PUNTEGGIO alle soluzioni che rispetto alle soglie di riferimento proposte risultino piu' vicine o superino i valori indicati, rappresentando di fatto offerta migliorativa .

Quesito n.3 – Relativamente a quanto specificato nel Capitolato Tecnico a pag. 6 al punto 10 della Sezione C si chiede di confermare che l'UPS richiesto debba alimentare solo il sottosistema SPECT. In considerazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura e delle applicazioni cliniche di più frequente esecuzione, si chiede inoltre di poter modificare il requisito “A/h per durata &#8805; 30 min” in “A7h per durata &#8805; 10 min”.

Risposta n. 3 – Si conferma la soglia di riferimento  $\geq 30$  Min

f.to  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Ing. Fiorenzo Panziera