

SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

Data: 7 Luglio 2009

Prot. n. 33700 PM/cr

Vs. rif.:-

OGGETTO: **CHIARIMENTI NR. 2** AI DOCUMENTI DI GARA PROT. 26121 DEL 21.05.2009
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE DIGITALI
DIRETTE - Deliberazione nr. 241 del 30.04.2009

**SITO INTERNET
WWW.AULSSLEGNAGO.IT
per tutte le ditte interessate**

Con riferimento all'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti tecnici:

- a) la portata del solaio del locale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnago è di 350 kg/m²;
- b) la portata del solaio dei locali della Radiologia dell'Ospedale di Bovolone è di 300 kg/m²
- c) è possibile utilizzare lo spazio attualmente occupato dal locale "sviluppo lastre" per il posizionamento della diagnostiche presso la Radiologia dell'Ospedale di Bovolone
- d) è possibile utilizzare la Sala 1 per l'apparecchiatura del Lotto 2 e installare nella Sala 2 l'apparecchiatura prevista dal Lotto 1.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.



**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO/ECONOMATO**
(Dott. Patrizio Muraro)