

**SERVIZIO TECNICO**

Data: 23 LUG. 2009

Prot. n. 36600 PF/ma

Vs. rif.:

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI MULTIMARCA E MULTIPRODOTTO IN USO PRESSO L'AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO VR - GARA N. 347873 - CODICE CIG N. 0259837844.

**CHIARIMENTI N. 3.**

SITO INTERNET AULSS 21  
[www.aulsslegnago.it](http://www.aulsslegnago.it)  
per tutte le ditte interessate.

Con riferimento all'oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- Art.11 pag. 16 del C.S.A : Sì, anche i laser di tipo chirurgico sono soggetti ai controlli funzionali;
- Art.16.1.3 pag.23 del C.S.A.: Sì, può essere utilizzato un dispositivo diverso del microgascromatografo;
- Art.16.2 pag.23 del C.S.A. : No, non sono previste le verifiche al gruppo elettrogeno e UPS;
- Art.16.2 pag.23 del C.S.A. : No, le verifiche dell'impianto di terra non comprendono i dispersori.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Fiorenzo Panziera

