

Prot. 52185

Legnago

6 NOV. 2008

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO SOTTOVUOTO PER I SERVIZI DI LABORATORIO ANALISI DELLE AZIENDE UU.LL.SS.SS. del Veneto n. 1-2-7-8-9-10-13-14-15-17-18-19-20-21-22 e delle Aziende Ospedaliere DI VERONA E PADOVA - Cod. CIG n. 0202532EAD; 02025361FE; 02025372D1; 0202539477 - Deliberazione nr. 437 del 20.08.2008 - rif. documenti prot. 44718 del 25.09.2008

**CHIARIMENTI - NR. 1**

**SITO INTERNET**  
**WWW.AULSSLEGNAGO.IT**  
**A tutte le ditte interessate**

Con riferimento all'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti ad integrazione dei documenti pubblicati:

**1. Capitolato Speciale - Allegato 1 - Capitolato Tecnico - TIPOLOGIE**

**LOTTO 1**

Voce a) AGHI BUTTERFLY CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ADATTATORI LUER

**deve intendersi, come precisato per la voce b) "con guide (o Holder o camicie)" di pari numero degli aghi, fermo restando il base d'asta prefissato**

**2. Capitolato Speciale - Allegato 1 - Capitolato Tecnico - TIPOLOGIE**

**LOTTO 1**

Voce b) AGHI CON GUIDE (o HOLDER o CAMICIE) E DISPOSITIVO DI PROTEZIONE Calibro 20 G/21 G

**Si precisa che la barra che separa le misure indicate sta a significare "oppure". Le ditte interessate potranno, pertanto, partecipare o con il calibro 20G o con il calibro 21G.**

**3. Capitolato Speciale - Allegato 1 - Capitolato Tecnico - TIPOLOGIE**

**LOTTO 4**

Voce b) CONTENITORE PER LA RACCOLTA DELLE URINE CON CAMPIONAMENTO SOTTOVUOTO

La descrizione deve intendersi completa del termine **"INCORPORATO"** come indicato nella voce c) del medesimo lotto

**4. Capitolato Speciale - Allegato 1 - Capitolato Tecnico - CARATTERISTICHE TECNICHE**

nel capoverso *"Ogni prodotto dovrà rispondere....."* **sostituire** la frase *"Caratteristiche che ne permettono l'utilizzo garantendo la totale sicurezza dell'operatore con pieno rispetto delle normative indicate nel D.lgs. 626 del 19.09.1994"* **con la frase** *"Caratteristiche che ne permettono l'utilizzo garantendo la totale sicurezza dell'operatore con pieno rispetto delle normative vigenti"*

**5. Capitolato Speciale – Allegato 1 – Capitolato Tecnico - CARATTERISTICHE TECNICHE**

Si precisa che la caratteristica indicata come segue

⇒ Ogni singola unità deve riportare in modo indelebile:

○ indicatore di riempimento nominale per prevenire l'aspirazione ridotta  
deve leggersi come segue:

- **tassativamente per le provette del lotto nr. 3**, indicatore di riempimento nominale per prevenire l'aspirazione ridotta

**6. Art. 5 Capitolato Speciale "Esecuzione del contratto"**

**Al termine della frase:**

"Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista e almeno di 12 mesi sulle provette

**aggiungere:**

**ad eccezione delle provette con additivo citrato di sodio per le quali deve essere prevista una validità di almeno 9 mesi"**

**7. Capitolato Speciale – Accettazione di clausole specifiche**

Si prega di **tralasciare** nell'approvazione specifica delle clausole del Capitolato Speciale (pag. 11/40) la clausola "Prezzo e revisione prezzi" (nel Disciplinare di gara)", erroneamente indicata.

**8. Capitolato Speciale – Allegato 2 DISCIPLINARE DI GARA – Busta B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA" – Documento nr. 8**

*Leggasi al posto di "Certificazione di sterilizzazione per i prodotti sterili che riporti anche il numero identificativo dell'Organismo Notificato" quanto segue:*

**"Dichiarazione, per tutti i prodotti sterili, da parte del Fabbricante o del suo Mandatario nell'Unione Europea relativa alla validazione del processo di sterilizzazione da parte di un Organismo Notificato con indicazione anche del suo numero identificativo. Tale dichiarazione si rende particolarmente necessaria qualora la sterilizzazione dei prodotti offerti non faccia parte integrante del processo produttivo gestito direttamente dal Fabbricante ma sia invece gestita da terzi".**

**9. Capitolato Speciale – Allegato 2 DISCIPLINARE DI GARA – campionatura**

Si conferma quanto richiesto ai fini della campionatura. La scadenza richiesta per parte della campionatura deve intendersi quale validità residua del prodotto al momento della scadenza dei termini per il pervenimento dell'offerta.

**10. Mod. E – OFFERTA ECONOMICA**

Si precisa che le indicazioni riportate ai punti 1-2-3 precedenti ad integrazione delle TIPOLOGIE devono intendersi aggiornate anche nel mod. E – offerta economica.

Ringraziando per l'attenzione si porgono distinti saluti

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DIRETTORE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO/ECONOMATO**

(Dott. Patrizio Muraro)

